

**KARBONMONOKSİT ÖLÇÜM CİHAZI AĞIZLIĞI**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemizde kullanılan Tabataba CO-Tester cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Solunum akımının basınç kaybı olmaması, dış etkilerden etkilenmemesi için stabil, açılmaz yapıda olmalıdır.
3. Hastaların ağız anatomisine uygun olmalıdır.
4. Ağızlık kısmı hastanın dudaklarına zarar vermeyecek şekilde pürüzsüz ve düzgün olmalıdır.
5. Tek kullanımlık (disposable) ve tıbbi plastik olmalıdır.
6. Cihaz trapperi (tuzağı) ile uyumlu olmalıdır.
7. Belli adetlerde poşetlenmiş kutularda olmalıdır.